

# OMNİKAL

## KDK-42

### Kalibrasyon Doğrulama Kutusu

( OMNIA Elektriksel Güvenlik Test Sistemleri için )



Özellikle OMNIA 80xx/81xx *Elektriksel Güvenlik Test Sistemlerinin* günlük kalibrasyon doğrulama işlemleri için tasarlanmış olan **OMNİKAL KDK-42 KALİBRASYON DOĞRULAMA KUTUSU** ile aşağıda belirtilen testler için 2 farklı noktada ölçüm değeri oluşturulmuştur.

**Topraklama Direnci** (1-30Amp.)  
Alt değer : 50mΩ - Üst değer : 150 mΩ

**Yalıtım Direnci** (500Vdc)  
Alt değer : 1.0MΩ - Üst değer : 4.7MΩ

**Yüksek Voltaja Dayanım** (1500Vac)  
Alt değer : 1.0mA - Üst değer : 4.0mA

**Kaçak Akım** (242Vac)  
Alt değer : 500μA - Üst değer : 3500μA

TOPRAK		YALITIM DİRENCİ		YÜKSEK VOLTAJ		KAÇAK AKIM	
Ölçüm Değeri	153mΩ	4.713MΩ	4.065mΩ	300μA			
Test Noktası	1A	500VDC	1500VAC	242VAC			
Alt Değer	50mΩ	1.014MΩ	1.054mΩ	537.4μA			

Kalibrasyon Sertifikası

Not: İstenildiğinde, Akredite Laboratuardan sertifikalandırma da yapılabilmektedir.



## İNTERELEKTRO LTD.

34.Sk.18/B Balgat 06520 Ankara

Tel: 0312 285 2500 Faks: 0312 266 2565

<http://www.interelektro.com>

[info@interelektro.com](mailto:info@interelektro.com)